





 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENARIKAN IMPLANT (RECALL IMPLANT)		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	112/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	00	1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 5 Maret 2025	Ditetapkan : Direktur Utama Rumah Sakit  <u>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes</u>	
PENGERTIAN	Penarikan implan atau Recall adalah penarikan kembali implan yang telah diedarkan karena, rusak, kadaluarsa, tidak memenuhi syarat keamanan dan fungsi, ditarik dari peredaran oleh pemerintah atau produsen dan berdasarkan monitoring yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Implan adalah suatu peralatan medis yang dibuat untuk menggantikan struktur dan fungsi suatu bagian biologis. Permukaan implan yang kontak dengan tubuh bisa terbuat dari bahan biomedis seperti titanium, silikon, ataupun bahan lain tergantung pada fungsinya.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah prosedur penarikan (<i>Recall</i>) implan di Kamar Bedah Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Penarikan (Recall) Implan di Ruang Kamar Bedah		
PROSEDUR	1. Apabila ada edaran pemberitahuan penarikan atau recall implan baik dari pabrik maupun dari bidang pengadaan alat-alat kesehatan, kepala instalasdi farmasi atau yang didelegasikan atau mewakili akan menetapkan proses penarikan implan tersebut di rumah sakit 2. Apabila ada edaran pemberitahuan penarikan atau recall implan baik dari pabrik maupun dari bidang pengadaan alat-alat kesehatan, kepala instalasi farmasi atau yang didelegasikan atau mewakili akan menetapkan proses penarikan implan tersebut di rumah sakit 3. Direktur mengeluarkan Surat Perintah untuk penarikan atau recall implan 4. Konfirmasi ke DPJP pemasangan implan terkait penarikan implan untuk perencanaan tindakan selanjutnya		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENARIKAN IMPLANT (RECALL IMPLANT)		
	No. Dokumen 112/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 2/3

	5. Menghubungi pasien untuk penjadwalan recall implant. Re-inform consent pihak pasien dan keluarga jika dibutuhkan tindakan pembedahan penarikan kembali terhadap implan yang telah terpasang 6. Pihak produksi bertanggungjawab sepenuhnya jika ada tindakan pembedahan kembali jika penarikan implan dilakukan karena kesalahan produksi
UNIT TERKAIT	Pelayanan Medis, Keperawatan, Kebidanan

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENARIKAN IMPLANT (RECALL IMPLANT)		
	No. Dokumen 112/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dydi Suwandi, AmK	Ka. Unit Bedah		05/03-2025
Menyetujui 1	M1	dr. Hanindyo Riezky Beksono, SpB.M.Ked.Klin	Ka.SMF Bedah		05/03-2025
Menyetujui 2	M2	dr. Wediat Setiawan	Manager YanMed		05/03-2025
Menyetujui 3	M3	Ns, Amami, S.Kep., M.Kep	Manager Keperawatan		05/03-2025
Verifikator 1	V1	Irma Fatimah S.kep Ners	Ka. SPI		05/03-2025